

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 8/2020 - PR

Processo Administrativo: 192/2019
Processo de Licitação: 192/2019
Data do Processo: 02/03/2020

Folha: 1

Condições de Pagto: Conforme condições
Forma de Reajuste:
Validade da Proposta: 180 dias
Prazo Entrega/Exec.: Conforme condições
Local de Entrega: Conforme Condições - -

Objeto da Licitação: Aquisição de equipamentos audiométricos para atender as necessidades da Coordenação do CREM Dr. Manoel Marques Monteiro - CNES: 2280337 e Coordenação do Programa Saúde do Trabalhador.

Observações:

Dotações:

Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.

Carimbo do CNPJ do Fornecedor

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	Audiômetro: Neste equipamento não poderá ser especificado BERA (Sistema de Potencial Evocado). Audiômetro com display de cristal líquido com 02 canais independentes. Interface para computador; Saída auxiliar para gravador ou aparelho de CD; Saída para campo livre; Gama de frequência para teste audiométrico com fone; Frequência de via aérea de 125 a 12500Hz; Frequência de via óssea de 250 a 8000Hz; Deve realizar no mínimo os testes supralimiaros de Balanceamento Binaural Alterado (ABLB), Índice de Sensibilidade à pequenos incrementos (SIS), Emissão de 2 tons simultâneos nos 2 ouvidos (Stenger), Decaimento Sonoro (Tone Decay). Função monitor para acompanhamento dos sinais emitidos para o paciente. Possuir todos os acessórios para perfeito funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica á definir pela entidade solicitante. Certificado pelo INMETRO e ANVISA. (323-04-1904)	21.985,00	_____	_____	_____

Casimiro de Abreu, 2 de Março de 2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 8/2020 - PR

Processo Administrativo: 192/2019
Processo de Licitação: 192/2019
Data do Processo: 02/03/2020

Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	1,000	UN	BERA Sistema de Potencial Evocado: Sistema de Potencial Evocado que realiza os seguintes exames: Exame dos Potencias Evocados Auditivo do Tronco Cerebral (ABR), Eletrococleografia (EcochG), Emissões Otoacústicas por estímulo Transiente (EOAT) e produto de Distorção (EOADP). Deve possuir memória para testes e/ou laudos, comunicação com PC, realizar impressão de exames. Deve acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: fones, sonda, olivas, eletrodos necessários para realizar o exame. Certificado pelo INMETRO e ANVISA. (323-04-1905)	79.290,00	_____	_____	_____
3	1,000	UN	Decibelímetro Digital com Registro -Este medidor de pressão sonora possui faixa de medição de 30 a 130 dB com função datalogger e memória para 262.100 registros, facilitando a análise dos resultados obtidos. Efetua registros automáticos com intervalo ajustável de 1 a 36.000 segundos, através de configuração efetuada pelo computador, utilizando cabo USB e programa de gerenciamento de dados. Realiza ponderação em frequência A e C, ponderação no tempo FAST e SLOW, congelamento da medição máxima ou mínima, função HOLD, iluminação do visor. Faixa de medição: 30 a 130 dB. Escalas: baixa: 30 a 80 dB, média: 50 a 100 dB, alta: 80 a 130 dB, automática: 30 a 130 dB. Resolução: 0.1dB. Exatidão: ± 1.4dB. Faixa de frequência: 31.5Hz a 8kHz. Faixa dinâmica: 50dB. Certificado pelo INMETRO. (323-04-1906)	1.381,33	_____	_____	_____
4	1,000	UN	Emissões Otoacústicas: O Equipamento deve realizar triagem e diagnóstico. DPOAE de aproximadamente 1kHz a 8kHz e TEOAE. Deve permitir a configuração de protocolos e apresentar resultados quantitativos de nível de sinal, nível de ruído, relação sinal-ruído. Possuir memória para no mínimo 200 testes e impressão dos dados. Deve acompanhar o aparelho sonda PD e TE, conjunto de olivas TE e DP, cabos para comunicação para computadores, software e maleta para transporte. Certificado pelo INMETRO e ANVISA. (323-04-1907)	28.400,00	_____	_____	_____

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 2 de Março de 2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 8/2020 - PR

Processo Administrativo: 192/2019
Processo de Licitação: 192/2019
Data do Processo: 02/03/2020

Folha: 3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	1,000	UN	Imitanciômetro: Modo de funcionamento manual e automático. Deve determinar o limiar do aparecimento dos reflexos ipsi e contralaterais, ser multifrequencial. Deve realizar Teste Função Tubária, aproximadamente 200 daPa, Tone Decay (prova de fadiga auditiva) de no mínimo 1.000, 2.000, 3.000 Hz. Deve possuir display em LCD, armazenamento de dados e impressora. Deverão acompanhar o equipamento os acessórios necessários para o seu funcionamento. Certificado pelo INMETRO e ANVISA. (323-04-1908)	31.320,00	_____	_____	_____
6	1,000	UN	Luxímetro Profissional Digital - Visor Lcd Com Iluminação De Fundo Incluindo Bargraph De 40 Segmentos Incorporado. Permite Selecionar 03 Faixas Manualmente Ou Operar Automaticamente. Características: Grande visor com iluminação. Indicação em gráfico de barras. Medição automática. Faixa de medição. Selecionáveis em quatro níveis. Registro de máximo e mínimo. Data e Hora. Certificado pelo INMETRO e ANVISA. (323-04-1909)	1.028,10	_____	_____	_____
Total:				163.404,43			

Total por Extenso: (_____)

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 2 de Março de 2020