

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU**

CNPJ: 08.772.020/0001-92  
RUA PADRE ANCHIETA, 234  
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 21/2020 - PR**

**Processo Administrativo: 297/2019**  
**Processo de Licitação: 297/2019**  
**Data do Processo: 27/04/2020**

**ANEXO IV**

Folha: 1

**Condições de Pagto:** CONFORME CONDIÇÕES  
**Forma de Reajuste:**  
**Validade da Proposta:**  
**Prazo Entrega/Exec.:** CONFORME CONDIÇÕES  
**Local de Entrega:** Almoxarifado da Secretaria de Saúde - Franklin José dos Santos, 271- Centro - Casimiro de Abreu  
**Objeto da Licitação:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. (CASTRAMÓVEL)

**Dotações:**

Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.

Carimbo do CNPJ do Fornecedor

**Observações:**

-----  
Assinatura e Carimbo do Fornecedor

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	Unidade móvel para controle de zoonoses Tipo 1 - Veiculos tais como trailers, furgões e vans dos mais variados modelos e fabricantes, original de fábrica, 0 km, adaptado para unidade móvel de esterilização de animais (castramóvel), equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas: (a) sala de preparo pré operatório, (b) sala de cirurgia, (c) sala de pós operatório/recuperação pós anestésica com as seguintes dimensões: Altura Interna mínima 220 cm; largura interna mínima 200 cm; comprimento interno mínimo 200 cm. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço, pisos com revestimento epóxi ou pisos hospitalares adaptados a estrutura móvel. A sala onde será realizado atendimento clínico, orientações veterinárias e coletas de exames podem estar situadas fora destes equipamentos em estruturas cobertas e protegidas, similares a tendas hospitalares e hospitais de campanha anexo ao castramóvel. Deve possuir em sua estrutura: Reservatório de água tratada para consumo em pias, equipamentos médicos e lavagens das mãos da equipe cirúrgica. Reservatório de água	120.000,00	_____	_____	_____

Casimiro de Abreu, 27 de Abril de 2020

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU**

CNPJ: 08.772.020/0001-92  
 RUA PADRE ANCHIETA, 234  
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 21/2020 - PR**

Processo Administrativo: 297/2019  
 Processo de Licitação: 297/2019  
 Data do Processo: 27/04/2020

**ANEXO IV**

Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			<p>consumida e drenada nos locais acima mencionados. Suprimento auxiliar de energia elétrica baseado em geradores mecânicos a diesel com potencia e produtividade suficiente para todo o período de atuação programada. Todas as salas devem conter: portas de acesso do meio externo e de acesso a sala de cirurgia devem ser sanfonadas ou de trilho de correr laterais. Seu material pode ser desde o PVC, madeira revestida com laminados impermeáveis ou com tinta hospitalar. Paredes e tetos devem ser revestidos em materiais não inflamáveis, PVC, fórmica ou em tinta hospitalar de cores claras não cansativas e estressantes, laváveis, resistente a temperatura e desinfetantes hospitalares comuns, não devem possuir frestas e cantos que acumulem sujidades, poeira, pelos ou abriguem parasitas como pulgas e carrapatos. O piso deve não ser poroso, antiderrapante, sem frestas, detalhes e também deve possuir cantos arredondados; mobiliário: armários suspensos e embutidos em madeira, aço inox, plásticos ou metais revestidos de tinta lavável e resistente ao uso de desinfetantes hospitalares usuais (todos com batente antidescorrelação, travas de portas e fechaduras; gaveteiros (todos com travas de gaveta e fechaduras; Mesas de atendimento clínico em inox; Mesas auxiliares inox; pia embutida em inox profunda para evitar respingos; Suporte e/ou ganchos para máquinas de tosa e aspiradores portáteis; Suportes para soro de parede, de pedestal ou de teto em aço inox ou alumínio.</p> <p>Equipamentos/insumos: Iluminação por lâmpadas fluorescentes ou de LED em quantidade suficiente a área construída; mínimo de 2 tomadas duplas em cada parede (distante no mínimo 35 cm da régua de gases); Suprimento de O2 com régua de gases, incluindo vácuo; ar condicionado. (a) Sala de pré-operatório (b) Sala de cirurgia (c) Sala de pós operatório/recuperação anestésica: devem conter a seguinte estrutura: Al. Interna mínima 220 cm; larg. Interna mínima 200 cm; comp. Interno mínimo 200 cm. A sala de cirurgia deve conter mesas de cirurgias manuais (com regulagem de altura e inclinação) ou pantográficas (elétricas ou pneumáticas), sempre em inox, mesas auxiliares e de instrumental cirúrgico em inox; Carrinho (s) de anestesia. (142-04-0002)</p>				
			Total:	120.000,00			

Total por Extenso: ( \_\_\_\_\_ )

Assinatura do Fornecedor: .....

Casimiro de Abreu, 27 de Abril de 2020