

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

CNPJ: 29.115.458/0001-78                      Telefone: 22222778980  
 RUA PADRE ANCHIETA, 234  
 C.E.P.: 28860-000    - Casimiro de Abreu - RJ

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 51/2020 - PR**

**Processo Administrativo:**            4305/2019  
**Processo de Licitação:**            4305/2019  
**Data do Processo:**                    06/08/2020

**ANEXO IV**

Folha: 1

<p><b>Condições de Pagto:</b>    Conforme condições  <b>Forma de Reajuste:</b>  <b>Validade da Proposta:</b>  <b>Prazo Entrega/Exec.:</b>    Conforme condições  <b>Local de Entrega:</b>        Conforme Condições - -</p> <p><b>Objeto da Licitação:</b>    Aquisição de equipamentos de medição para o desenvolvimento das atividades de piscicultura.</p> <p><b>Observações:</b></p>	<p><b>Dotações:</b></p> <hr/> <p>Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.</p> <p style="text-align: center;">-----                  Assinatura e Carimbo do Fornecedor</p>	<p style="text-align: center;"><u>Carimbo do CNPJ do Fornecedor</u></p>
--	---	---

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	Medidor de oxigênio dissolvido Oxigênio Dissolvido: sensor polarográfico; salinidade: faixa de entrada 0-70ppt; saturação de 0-500% da saturação do ar; precisão: de 0 - 200% da saturação do ar; resolução 0,1% ou 1% de saturação do ar; mg/l: faixa de 0-50mg/l; precisão de 0-20mg/l; faixa de temperatura: faixa de 0,01 ou 0,1mg/l; gama de -5 a 55°C; resolução de 0,1°C; barômetro: faixa de 400-999,9 mmhg; precisão: de +/- 5mmhg +/- 5°C de temperatura do ponto de calibração; resolução: 0,1 mmhg.a prova água padrão IP 67; peso: até 480g. (001-08-0036)	7.979,36	_____	_____	_____
2	1,000	UN	Medidor de p.H Leitor de temperatura interna: faixa de 10 até 120°C; p.H: de 2 - 16 unidades de p.H; condutividade: de 1999-1250 m.V; compensação de temperatura: manual/ automático -10 a120°C; temperatura de calibração do p.H de 0 a 60°C; solução tampão para calibração do p.H: 4.01, 7.00, 10.01 ou 4.00, 6.86, a 9.18; impermeabilidade: padrão IP 65. Peso: até 450g (001-08-0037)	3.250,00	_____	_____	_____

Casimiro de Abreu, 6 de Agosto de 2020

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

CNPJ: 29.115.458/0001-78                      Telefone: 22222778980  
RUA PADRE ANCHIETA, 234  
C.E.P.: 28860-000   - Casimiro de Abreu - RJ

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 51/2020 - PR**

**Processo Administrativo:**            4305/2019  
**Processo de Licitação:**            4305/2019  
**Data do Processo:**                    06/08/2020

**ANEXO IV**

Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	1,000	UN	Refratômetro de salinidade. Escala: de 0-100%; compensação de temperatura: automática de 10-30°C; subdivisão 1%; peso: até 350gramas. (001-08-0038)	274,49			
Total:				11.503,85			

**Total por Extenso:** ( \_\_\_\_\_ )

**Assinatura do Fornecedor:** .....

Casimiro de Abreu, 6 de Agosto de 2020